

	OBLIGATIONS	RECOMMANDATIONS	PAGES		
PRÉVENTION : PROFESSIONNELS	<b>Précautions</b>	Application selon les normes, par tout le personnel, des mesures de précaution standards (universelles).	13		
	<b>Vaccins et tests</b>		16		
	<b>Exposition professionnelle</b>	Procédure à suivre affichée bien en vue dans chaque salle opératoire.	Au moins une station de lavage oculaire par clinique.	42 à 44 67 à 70	
	<b>Antiseptie des mains</b>	Étape primordiale dans la prévention des infections à effectuer avec un produit antiseptique notamment avant et après le port de gants.		17 à 19	
	<b>Uniforme ou sarrau</b>	Porté seulement au travail et changé au moins une fois par jour ou lorsque visiblement souillé.	Manches longues préférables s'il y a risque d'éclaboussure de sang ou salive.	20	
	<b>Gants d'examen</b>	Portés durant toutes interventions buccodentaires et lorsqu'un contact avec la salive, le sang, les muqueuses, des instruments ou des surfaces contaminés est anticipé. <b>Changés à chaque patient</b> ou dès qu'endommagés ou s'il y a contact hors du champ opératoire.	Retirés en les tournant à l'envers.	21	
	<b>Gants tout usage</b>	Portés pour la désinfection de l'aire de travail avant et après traitement, le nettoyage des instruments avant la stérilisation, la manipulation de déchets biomédicaux et le nettoyage du système d'évacuation.		21	
	<b>Masque chirurgical</b>	Porté pour toutes procédures cliniques où la production d'aérosols est anticipée, incluant le nettoyage et la désinfection des instruments et des surfaces. <b>Changé à chaque patient</b> ou lorsque visiblement souillé.		20	
PRÉVENTION : PATIENTS	<b>Verres protecteurs</b>	Portés par le professionnel pour toutes procédures cliniques où la production d'aérosols est anticipée, incluant le nettoyage et la désinfection des instruments et surfaces. Portés par le patient durant toute la séance, afin de protéger des aérosols, des éclaboussures et des blessures. Désinfectés pour chaque patient.	Avec visières latérales ou côtés protecteurs pour le professionnel.	20	
	<b>Questionnaire médical</b>	Daté et mis à jour à chaque rendez-vous, ainsi que signé ou paraphé par le professionnel.	Signé par le patient à chaque mise à jour.	8-14-24	
	<b>Rince-bouche</b>		Avant la procédure : antiseptique reconnu pour le patient ou eau pour les enfants.	24	
PRÉVENTION : AIRE DE TRAVAIL	<b>Nettoyage</b>	Étape précédant toujours la désinfection des surfaces ou la stérilisation des instruments ou appareils.		25	
	<b>Désinfection de surfaces inertes</b>	Environnement opératoire désinfecté avant et après chaque patient, à l'aide d'un désinfectant de niveau hospitalier affichant un DIN, ayant une activité intermédiaire (tuberculocide ou synonyme) et utilisé selon les recommandations du manufacturier.	Deux applications. Surfaces nettoyées avec un savon doux en fin de journée afin de les préserver et d'enlever les résidus collants.	23 26 à 28	
	<b>Matériel à usage unique</b>	Couvert, à l'abri des aérosols, jeté après usage et jamais réutilisé.		10-23 36-46	
	STÉRILISATION	<b>Emballage</b>	Instruments et pièces d'appareils nettoyés, asséchés, préemballés et scellés pour la stérilisation. Emballages de papier ou de papier et plastique sont à usage unique et ne sont jamais réutilisés.		32
		<b>Stérilisation</b>	<b>Tout ce qui peut être stérilisé par la chaleur doit l'être</b> , en respectant temps et température requis, et en reprenant au complet un cycle interrompu.		29 à 34
		<b>Méthode flash</b>	Méthode de stérilisation rapide (non emballé) pour un article destiné <b>exclusivement</b> à un usage immédiat.		29
		<b>Stérilisation à froid</b>	Solution approuvée comme agent stérilisant par Santé Canada utilisée uniquement dans les <b>très rares</b> cas où la stérilisation par la chaleur est impossible.		30
		<b>Test biologique</b>	Effectué mensuellement pour chaque stérilisateur et vérifié par un laboratoire spécialisé indépendant.		31
		<b>Entreposage</b>	Emballages intacts conservés dans un endroit sec, propre, fermé, à l'abri des aérosols, de l'humidité et de la lumière, peu passant et loin de toute source de contamination.		32
	<b>Système d'évacuation</b>	Irrigué en début et en fin de journée de même qu'entre chaque patient. Solution enzymatique utilisée au minimum une fois par semaine.		15	
	<b>Conduites d'eau</b>	Drainées en début et en fin de journée de même qu'entre chaque patient.		14	
	<b>Déchets biomédicaux</b>	Déchets non anatomiques solides et liquides, ainsi que matériel coupant, piquant, tranchant et déchets infectieux biologiques traités selon la loi provinciale.		46	